

LNDD	ENREGISTREMENT		Code :	E-FCR-04B
			Version :	E
			Date :	29/05/2006
			Page :	1/1
FICHE D'ANALYSE / RESULTAT - CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE T/E				

Paraphe : *nc*

Echantillon : 178/07 995474 Dilution : 1/ 1

Ion de quantification Testo et Epitesto : 432 Ion de quantification SI : 301

Concentration de la référence 1 : Testosterone: 30 Epitestosterone : 5 T/E théorique : 6

Concentration de la référence 2 : Testosterone: 180 Epitestosterone : 30 T/E théorique : 6

Concentration de la référence 3 : Testosterone: 360 Epitestosterone : 60 T/E théorique : 6

Fichier	Surface du SI	Surface Testosterone	Surface Epitestosterone
REF1 REF1TE	5915926	1557516	234336
REF2 REF2TE	4981326	7052377	1211449
REF3 REF3TE	5130998	17023691	2929592
17807474	6399496	3513238	307234

**RESULTAT DE L'ECHANTILLON**

	Concentration Testosterone	Concentration Epitestosterone	Rapport T/E en surface
Valeur obtenue	61,4 ng/mL	5,2 ng/mL	
Valeur finale	61,4 ng/mL	5,2 ng/mL	11,4

**Partie à remplir par le responsable**

Seuil de déclaration du rapport T/E ( en surface ) : 4

Incertitude (liée à la méthode) pour le rapport T/E : *30%* pour l'Epitestosterone : *30%* pour la Testosterone : *20%*

Valeur basse du rapport T/E : *8*

Résultat : Anormal :

Valeur haute du rapport T/E : *14.8*

Inclassable :

Négatif :

**Correction des concentrations en Testosterone et Epitestosterone par la densité (cf doc E-INC-03) :**

Densité affichée	<i>1.025</i>	PARAPHE <i>E</i>
Numéro du réfractomètre	<i>2</i>	
Densité corrigée :	<i>1.025</i>	
Facteur de correction	<i>0.74</i>	
Concentration corrigée de Testosterone	<i>45.4</i>	
Concentration corrigée d'Epitestosterone	<i>3.9</i>	

Ecart n° :

*Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation*